



I.C. S. Andrea
Biassono (MB)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"

Via Locatelli 41 – 20853 Biassono (MB)

Tel. 039 490661

e-mail: mbic82600c@istruzione.it MBIC82600C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circ.n°39

Biassono, 23/09/20

*Ai Docenti
Al personale ATA
Al RLS*

Oggetto: apparecchiature DAE (Defibrillatore semi-Automatico Esterno)

Si ricorda che nelle palestre dei tre plessi o in prossimità di esse sono presenti tre apparecchiature DAE (Defibrillatore semi-Automatico Esterno).

Di seguito si ribadiscono una serie di informazioni:

- I DAE sono alloggiati in teche di plastica sospese: tali teche sono dotate di allarme, per segnalare la loro apertura. In ogni caso, l'allarme può essere spento facendo leva sull'apposito interruttore bianco posto all'interno della teca stessa
- In caso di anomalia di funzionamento, i DAE emettono un segnale acustico (tre suoni) ripetuto. In tal caso, occorre chiamare immediatamente il numero di telefono che si trova all'interno della custodia del DAE stesso, per attivare l'assistenza tecnica
- Il buon funzionamento del DAE è segnalato da una lucina verde intermittente sulla parte frontale dell'apparecchio. Il controllo visivo di tale lucina è compito degli operatori delle Società Sportive, che quotidianamente utilizzano le palestre in orario extra-scolastico.
- **Solo per il lunedì mattina:** i Collaboratori Scolastici in servizio al primo turno avranno cura di verificare la presenza della lucina verde intermittente e di firmare l'apposito foglio. Se la lucina verde è spenta, i Collaboratori Scolastici avviseranno gli ASPP del plesso.

Nelle riunioni per la sicurezza che verranno fissate prossimamente in ogni plesso per tutto il personale tali norme di comportamento verranno ricordate.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mariagnese Trabattoni